| MESA DE ANESTESIA CON FUELLE | EQUIPO DE ANESTESIA SIN FUELLE |
|---|---|
| Respirador microprocesado de última tecnología VOLUMETRICO 0 -1000ml | Respirador microprocesado con tecnología de 7 segmentos SIN FUELLE |
| Pantalla LCD, Encoder de fácil manejo para programación | Muestra solo valores de programación |
| Respirador ciclado por tiempo con corte por presión programable | Muestra presión inspiratoria |
| Alarma de desconexión paciente | Sin PEEP |
| Alarma de máxima y mínima presión inspiratoria Programable | Sin opción de utilizar aire comprimido |
| Parámetros programables de Tiempo inspiratorio, frecuencia y alarmas. | Cannister de cal sodada sin válvulas visibles |
| Valores resultantes de tiempo espiratorio relación I.E Y presión de base (PEEP) | Pie rodante |
| Flash de Oxígeno para suministro del mismo al 100% para limpiar el circuito paciente. | Gas impulsor solo oxígeno lo cual tiene un mayor gasto del mismo |
| Flow de Oxígeno de 0- 16 Lts | No mesa |
| Cannister de cal sodada de 1kg de capacidad con válvulas en el cabezal de fácil visualización | No plano para monitores |
| Válvula POP-OFF (APL). | No tiene enchufes |
| Apto para uso con aire comprimido (OPCIONAL) | No tiene cajón |
| Válvula PEEP (OPCIONAL) | No bandeja de acero inoxidable para trabajo |
| Rotametro Aire /Oxígeno (Opcional) | Mayor gasto de oxígeno |
| Máquina de anestesia | Mayor gasto de ISUFLURANO |
| Soporte para vaporizador | |
| Techo para colocar monitor | |
| Enchufes traseros | |
| Ruedas con ruleman para fácil desplazamiento 2 con freno | |
| Amplio cajón. | |